

Festlegung Nadeln zur Thoraxentlastungspunktion

Auf jedem NEF und RTW muss je eine Nadel zur Thoraxentlastungspunktion vorgehalten werden.

Im RTW wird diese im Fach 22 gelagert.

Für Ersatzbeschaffungen wird ab sofort folgendes System festgelegt:

Tylek PneumoDart®
TyTek Medical Inc.

Begründung:

- Zusammenarbeit von Rettungsmitteln unterschiedlicher Leistungserbringer
- einheitliche Ausbildung

Weitere Vorteile:

- Haltbarkeit 7 Jahre
- geringer Platzbedarf
- Rundum-Plastikverpackung vermeidet vorzeitigen Verfall durch Beschädigung
- Länge entspricht den Vorgaben der Leitlinien
- Indikatorsystem zeigt das Erreichen der Thoraxhöhle an
- vermindertes Risiko unbeabsichtigter Organverletzungen

Vorhandene Thoraxentlastungspunktionsnadeln müssen nicht ersetzt werden, sondern können bis zum Ablauf der Haltbarkeit weiter verwendet werden.

Chemnitz, den 12.02.2019


Christian Lauchner
Ärztlicher Leiter Rettungsdienst

Anweisung n. §11(2) SächsLRettDPVO	Datum	erstellt / freigegeben
Rettungszweckverband Chemnitz-Erzgebirge	12.02.2018	ÄLRD